

## РЕШЕНИЕ

№ РД-18-7/ 14.02.2020 г.

### за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание 106 ал.6 от ЗОП и отразените резултати в Протокола по чл.181 ал.4 от ЗОП, утвърден от Възложителя на 14.02.2020 г. и протоколите от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД 18-62 / 26.11.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Девин“ ЕАД за провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин“ ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони“ (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health“ и договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020), открита с Решение № РД-18-52 / 28.10.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ Девин“ ЕАД, уникален № в РОП: 04882-2019-0003, взех следното решение:

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта, съгласно предварително обявените условия: оптимално съотношение качество/цена отразено и подробно мотивирано в утвърдения Протокол на комисията по чл.181 ал.4 от ЗОП и приложените към него Протоколи №2 и № 3, както следва:

Първо място: „Диagonal“ ООД

II. На основание чл.109 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място, а именно: „Диagonal“ ООД.

Мотиви: Предвид констатациите на Комисията, отразени в утвърдения Протокол по чл.181 ал.4 от ЗОП от работата ѝ и приложените към него протоколи, за тези участници и офертите им са изпълнени кумулативно условията по чл.109 т.1 и т.2 от ЗОП, а именно: 1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, участникът отговаря на критериите за подбор, офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

III. ОТСТРАНЯВАМ следните участници:

На основание чл.107 т.1 отстранявам участника „Елпак Лизинг“ ЕООД поради следните съществени несъответствия на предложението с изискванията на Възложителя:

1. Участникът предлага да достави графичен рентгенов апарат Profile S 55 на производител Dinamic Rontgen San.Ve Tic, Ltd. Турция. В представените каталози не се открива посочения модел и не може да се определи съответствието на другите технически параметри номера или наименования на отделните елементи на рентгеновия апарат. След направена справка в официалния сайт на производителя не се открива наличие на посочения от участника модел. Следва да се отбележи, че в представените каталози всички апарати от серия Profile са дигитални, което не съответства на изискването на възложителя по т.1.1. от техническата спецификация – да бъде доставена конвенционална, т.е. аналогова уредба за графия с дигитализираща система. Дигиталните апарати са напълно различни по характера си от изисквания конвенционален апарат, тъй като не могат да работят с различни типове касети. По тази причина предметът на поръчката е формулиран като „конвенционална уредба за графия“, като е изискано в техническата спецификация да бъде комплектован с дигитализираща система, а не е изискано да се достави изцяло дигитален апарат. Следователно дигиталните апарати не могат да бъдат приети за еквивалентно решение на изисквания конвенционален апарат. Отделно, представеният превод на материалите на производителя Dinamic Rontgen е непълен – в посочения превод на стр.2 липсва превод на характеристиките на плоския детектор, с каквито разполагат само дигиталните, но не и конвенционалните рентгенови уредби.

2. В т.7.1. от Техническата спецификация възложителят е изискал работната станция на дигитализиращата система да бъде оборудвана с операционна система Windows 10 или еквивалент. В техническото предложение участникът предлага операционна система Windows 8. Предложената операционна система е по-стара версия от изисканата и не може да се приеме за еквивалентно решение.

3. Относно дигитализиращата система, по т.7.9. от техническата спецификация възложителят е изискал системата да разполага със софтуер за изпращане на образите в DICOM 3.0 формат до определени работни станции или сървъри. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че системата ще разполага със софтуер за изпращане на образите в DICOM 3.0, но в приложените каталози се вижда, че системата, която предлага, е оборудвана със софтуер за изпращане на образите в DICOM, без да се посочи коя версия. По тази причина комисията не може да направи преценка дали предлаганата от участника дигитализираща система може да поддържа изисканата версия на софтуера. На основание чл.36а ал.1 т.1 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на официалната интернет страница на „МБАЛ Девин“ ЕАД в деня на издаването му и в същия ден да бъде изпратено до заинтересованите лица.

На основание чл.26 ал.1 т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, да бъде изпратено за публикуване обявление по образец в Регистъра на обществените поръчки относно прекратената обособена позиция.

На основание чл.36а ал.1 т.5 от ЗОП, всички протоколи от работата на комисията да се публикуват в Профила на купувача на официалната интернет страница на „МБАЛ Девин“ ЕАД в деня на публикуване на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕ

Д-р Радка Минчева Грозданова –  
Изпълнителен директор на „МБАЛ Девин“  
ЕАД

*Зарисет*

