П Р О Т О К О Л №4

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На 15.09.2020 г. от 12:00 часа в сградата на „МБАЛ Девин" ЕАД, град Девин, ул. „Явор" №3, се проведе закрито заседание на комисията за провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апарат за TEKAR терапия за нуждите на „МБАЛ Девин" ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони" (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area's deprived communities) с акроним „Equal2Health" и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество "Гърция – България 2014 – 2020" (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020), открита с Решение № РД-18-52 / 28.10.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ Девин" ЕАД, уникален № в РОП: 04882-2020-0002.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД 18-28 / 20.05.2020 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Девин" ЕАД, в състав:

Председател: д-р Нина Викторовна Берберова -Лекар /Ординатор/
и членове: 1. Росица Красимирова Чолакова-изп. дл. Главна сестра
2. Детелина Данчева Димитрова-мед. Сестра в Администрация

Заседанието се провежда във връзка с указания на Възложителя, дадени по реда на чл.181 ал.5 вр. с чл.106 ал.3 и ал.4 от ЗОП, а именно:

Тъй като това не е отбелязано в протокола по чл.181 ал.4 от ЗОП и в приложения към него Протокол №2, да бъде извършена повторна проверка относно съответствието на техническите предложения на участниците „Елпак Лизинг" ЕООД и „Дик Медтех" ООД по задължителните изисквания на техническата спецификация, като по всяко едно от изискванията да бъде посочено дали предложението на всеки от участниците съответства точно или е предложено алтернативно решение. В случай, че бъде установено, че са предложени алтернативни решения, в доклада си по чл.106 ал.5 от ЗОП, комисията да се

мотивира за преценката си дали предложенията следва да бъдат приети за съответстващи на заложените изисквания.

Също така – тъй като в представения отбелязано в протокола по чл.181 ал.4 от ЗОП и в приложения към него Протокол №2 не е посочено дали представените оторизаионни писма са в оригинал или нотариално заверени копия, в доклада си по чл.106 ал.5 от ЗОП, комисията да посочи това обстоятелство.

След като отново прегледа техническите предложения на участниците, комисията направи следните констатации относно предложените решения:

№	Изискване	Елпак Лизинг ЕООД	Дик Медтех ЕООД
1	Наличие на капацитивен и резистивен режим на работа	Преложеният апарат поддържа и двата режима. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.	Преложеният апарат поддържа и двата режима, както е изискано. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.
2	Минимална изходна мощност 100 W в резистивен режим и 220VA в капацитивен режим	Преложеният апарат поддържа изисканите минимални мощности. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.	Преложеният апарат поддържа изисканите минимални мощности. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.
3	Наличие на цветен сензорен дисплей с минимален размер на диагонала - 5 инча	Предложеният апарат има цветен сензорен дисплей с размер на диагонала .... инча. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване..	Предложеният апарат има цветен сензорен дисплей с размер на диагонала 5,7 инча. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.
4	Наличие на ръкохватка с възможност за промяна на ъгъла на накрайника	В техническата спецификация не е указано как следва да може да се променя ъгълът на накрайника – ръчно, чрез движение на ръкохватката или чрез специален механизъм. Предлаганият апарат е с опция за промяна на ъгъла чрез движение на ръката, а не чрез вграден механизъм. Ако се приеме, че възложителят е поставил изискване за наличие на механизъм за промяна на ъгъла, предложеното решение не	В техническата спецификация не е указано как следва да може да се променя ъгълът на накрайника – ръчно, чрез движение на ръкохватката или чрез специален механизъм. Предлаганият апарат е с ръкохватка с магнитен накрайник, с възможност за промяна на ъгъла чрез движение на ръката, а не чрез вграден механизъм. Ако се приеме, че

		отговаря на изискванията. Ако се приеме, че се допуска възможност за ръчно регулиране, решението може да се счита за алтернативно.	възложителят е поставил изискване за наличие на механизъм за промяна на ъгъла, предложеното решение не отговаря на изискванията. Ако се приеме, че се допуска възможност за ръчно регулиране, решението може да се счита за алтернативно.
5	Наличие на минимум 3 броя накрайници с различен размер за капацитивен режим и 3 броя накрайници с различен размер за резистивен режим.	В техническата спецификация не е указано дали съответствието с това изискване се счита за изпълнено, ако предложеният от участника апарат е с универсални накрайници, които могат да се ползват и в капацитивен, и в резистивен режим. Участникът предлага апарат с два мултифункционални електрода за резистивен режим, два електрода със сечение 35 мм (един резистивен и един капацитивен) с 9.61 мм и два електрода със сечение 60 мм (един резистивен и един капацитивен) с 28,26 мм. Ако се приеме, че изискването на възложителя е апаратът да има 3 отделни накрайника за капацитивен режим и 3 отделни – за резистивен режим, предложението на 3 универсални накрайника не съответства на изискванията.	В техническата спецификация не е указано дали съответствието с това изискване се счита за изпълнено, ако предложеният от участника апарат е с универсални накрайници, които могат да се ползват и в капацитивен, и в резистивен режим. Участникът предлага апарат с контактни електроди: ф35, ф60 и ф80, 2 контактни плочи с размери 150x200 мм и 180x230 мм, залепваща контактна плоча и залепващ електрод. Предложените електроди са универсални. Ако се приеме, че изискването на възложителя е апаратът да има 3 отделни накрайника за капацитивен режим и 3 отделни – за резистивен режим, предложението на 3 универсални накрайника не съответства на изискванията.

6	Възможност за непрекъснат контрол на качеството на контакта с пациента	Апаратът поддържа такава функция, Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.	Апаратът поддържа такава функция. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.
7	Наличие на вградени клинични програми	Апаратът поддържа следните клинични програми: 24 рехабилитационни програми, 10 спортни програми и свободна памет. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.	Апаратът поддържа клинични програми. Апаратът изцяло съответства на посоченото изискване.

По отношение на представените оторизационни писма:

Представеното от участника „Елпак Лизинг" ЕООД оторизационно писмо е цветно копие, заверено от участника „Вярно с оригинала".

Представеното от участника „Дик Медтех" ЕООД оторизационно писмо е цветно копие, заверено от участника „Вярно с оригинала".

Комисията приключи работата си на този етап на 15.09.2020 г.

К О М И С И Я :

Председател: _____ (д-р Нина Берберова)

Членове: _____ (Росица Чолакова)

_____ (Детелина Димитрова)