

**РЕШЕНИЕ №РД-18-57 / 21.09.2020 г.**

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

На основание **чл.22 ал.1 т.8 във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от Закона за обществените поръчки** ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020), открита с Решение № РД-18-15 / 20.03.2020 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ Девин” ЕАД, уникален № в РОП: 04882-2020-0002, публикувана в Профила на купувача на адрес: <http://1.mbal-devin.com/2020/03/20/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83-2/>.

**Мотиви:** При откриване на процедурата, по отношение на Техническата спецификация са допуснати следните нарушения и непълноти, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

В Техническата спецификация са допуснати следните грешки и неясноти:

1. По т.4: Наличие на ръкохватка с възможност за промяна на ъгъла на накрайника. В техническата спецификация не е указано как следва да може да се променя ъгълът на накрайника – ръчно, чрез движение на ръкохватката или чрез специален механизъм
2. По т.5: Наличие на минимум 3 броя накрайници с различен размер за капацитивен режим и 3 броя накрайници с различен размер за резистивен режим. В техническата спецификация не е указано дали съответствието с това изискване се счита за изпълнено, ако предложеният от участника апарат е с универсални накрайници, които могат да се ползват и в капацитивен, и в резистивен режим.

Гореописаните неясноти представляват грешки при откриването на процедурата, тъй като от една страна, създават неяснота за участниците кои оферти ще се считат за съответстващи на изискванията, а от друга, комисията е в невъзможност да прецени обективно кои оферти следва да бъдат допуснати до оценяване и класиране и кои да бъдат предложени за отстраняване. При наличие на посочените варианти в спецификацията е следвало да бъде посочено по-ясно кои решения ще се считат за еквивалентни.

# Interreg

## Greece-Bulgaria

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION



На основание чл.36а ал.2 т.1 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на официалната интернет страница на „МБАЛ Девин“ ЕАД в деня на издаването му и да бъде изпратено до заинтересованите лица.

На основание чл.26 ал.1 т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, да бъде изпратено за публикуване обявление по образец в Регистъра на обществените поръчки.

Решението подлежи на обжалване по реда на ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съответно от публикуването му в профила на купувача.

Град Девин, 21.09.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_

Д-р Радка Минчева Грозданова –  
Изпълнителен директор на „МБАЛ Девин“  
ЕАД