

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин“ ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)”.

Общи изисквания:

1. Апаратът трябва да има нанесена СЕ маркировка и да е в съответствие с изискванията на приложимото законодателство на ЕС.
2. Участниците трябва да притежават оторизация от производител или официален вносител на апаратурата по всяка една обособена позиция, която оферират, да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване. Оторизацията трябва да е валидна най-малко 24 месеца от датата на доставката.
3. Изпълнителят трябва да извърши обучение на персонала за работа с апарата съгласно условията на Проекта на договор.

Апаратът трябва да отговаря на следните технически изисквания:

1	Наличие на капацитивен и резистивен режим на работа
2	Минимална изходна мощност 100 W в резистивен режим и 220VA в капацитивен режим
3	Наличие на цветен сензорен дисплей с минимален размер на диагонала - 5 инча
4	Наличие на ръкохватка с възможност за промяна на ъгъла на крайника
5	Наличие на минимум 3 броя крайници с различен размер за капацитивен режим и 3 броя крайници с различен размер за резистивен режим.
6	Възможност за непрекъснат контрол на качеството на контакта с пациента
7	Наличие на вградени клинични програми

**Важно !!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника,**

**Interreg**  
**Greece-Bulgaria**

European Regional Development Fund



*апаратура, оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение медицинска апаратура с еквивалентни технически характеристики.*